

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 2104149



NET Calibraciones S.A.
Instrumentos de medición

Este certificado de calibración documenta trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la re calibración del objeto a intervalos apropiados.

Cliente: Net Calibraciones S.A.
Dirección: Av. Liniers 1856
Localidad: Tigre, Provincia de Buenos Aires

Objeto: Caudalimetro ultrasonico de indicación digital

Marca del indicador:	Jiangsu Hongguang Instrument Factory CO., LTD	Marca del sensor:	No indica
Modelo del indicador:	HLS-2000H-TS-2/TM-1	Modelo del sensor:	190304-HTS-00294
Serie del indicador:	No indica	Serie del sensor:	No indica
Identificación del usuario:	NET-CAU-03		
Determinaciones requeridas:	Calibración		
Fecha de calibración:	viernes, 9 de abril de 2021		
Fecha de emisión del informe:	viernes, 9 de abril de 2021		
Lugar de calibración:	Net Calibraciones S.A.		
Ubicación:	Laboratorio		
Procedimiento aplicado:	NET-PT-21		
Número de páginas del certificado:	2		

Condiciones ambientales durante la calibración:

Temperatura:	25,7 °C
Humedad:	55,2 % Hr


"Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Net Calibraciones S.A. Certificados de calibración sin firma ó sello no serán válidos"

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 2104149

Resultados Obtenidos:

Antes del Ajuste			Despues del ajuste			Incertidumbre
Punto de Medición	Valor de Referencia	Valor Indicado	Valor de Referencia	Valor Indicado	Error	
	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	[%]	
1	-	-	5,2	5,23	0,57	0,05
2	-	-	10,3	10,28	-0,39	0,10
3	-	-	20,6	20,66	0,48	0,21
4	-	-	40,8	40,55	-0,49	0,41
5	-	-	55,3	55,24	-0,14	0,55

El instrumento es apto para funcionamiento



Observaciones: No.

Valores de las constantes configurados

Antes del ajuste:	N/A	K Factor:	N/A	N° Decimales: N/A
Despues del ajuste:	N/A	K Factor:	N/A	N° Decimales: N/A


Patrones Utilizados:

Denominación	Serie	Certificado de calibración
Balanza Electronica	16433	IB-040120

*La incertidumbre de medición expandida fue calculada multiplicando la incertidumbre estandar combinada por un factor de cubrimiento de $k = 2$, lo que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal.



 Diego Montero
 Director técnico



 Alberto Vargas
 Técnico del Laboratorio

"Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Net Calibraciones S.A. Certificados de calibración sin firma ó sello no serán válidos"