

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 2303301



Av. Liniers 1856 (CP. 1648) - Tigre - PBA
Mail: sc@netcalibraciones.com.ar
Email: service@netcalibraciones.com.ar /
sc@netcalibraciones.com.ar

Este certificado de calibración documenta trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Cliente: Net Calibraciones S.A.
Dirección: Av. Liniers 1856
Localidad: Tigre, Provincia de Buenos Aires

Objeto: Caudalimetro ultrasonico de indicación digital

Marca del indicador:	Jiangsu Hongguang Instrument	Marca del sensor:	No indica
Modelo del indicador:	Factory CO., LTD	Modelo del sensor:	190304-HTS-00294
Serie del indicador:	HLS-2000H-TS-2/TM-1	Serie del sensor:	No indica
Identificación del usuario:	NET-CAU-03		
Determinaciones requeridas:	Calibración		
Fecha de calibración:	jueves, 30 de marzo de 2023		
Fecha de emisión del informe:	lunes, 3 de abril de 2023		
Lugar de calibración:	Net Calibraciones S.A.		
Ubicación:	Laboratorio		
Número de páginas del certificado:	2		

Condiciones ambientales durante la calibración:


Temperatura	25,7 °C
Humedad:	55,2 % Hr

"Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Net Calibraciones S.A. Certificados de calibración sin firma ó sello no serán válidos"

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 2303301

Resultados Obtenidos:

Antes del Ajuste			Despues del ajuste			Incertidumbre
Punto de Medición	Valor de Referencia	Valor Indicado	Valor de Referenci	Valor Indicado	Error	
	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	[%]	
1	5,2	5,3	N/A	N/A	0,5%	0,1
2	10,3	10,4	N/A	N/A	0,5%	0,1
3	20,6	20,7	N/A	N/A	0,5%	0,1
4	40,8	40,6	N/A	N/A	-0,6%	0,2
5	55,3	55,2	N/A	N/A	-0,3%	0,3



Observaciones:

La incertidumbre de medición expandida fue calculada multiplicando la incertidumbre estandar combinada por un factor de cubrimiento de $k = 2$, lo que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribucion normal.

Patrones Utilizados:

Denominación
Balanza

N° de identificación
NET-BAL-02

N° de informe
2201133759

Próxima calibración
ene 2024

Walter Gomez
Director técnico

Luciano Centurion
Responsable de la Calibración

"Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Net Calibraciones S.A. Certificados de calibración sin firma ó sello no serán válidos"