



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 48



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° : 23836

N° total de páginas del certificado : 3



Laboratorio de calibración supervisado por el I.N.T.I.

testo Argentina S.A.

Av. Directorio 4901 - C1440ASB - C.A.B.A. - Tel.: 4683-5050

e-mail: info@testo.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Registrador electrónico de temperatura y humedad

Fabricante: Testo AG

Modelo: Testo 174 H I.D.: Net-TH-03

Número de serie: 36928393/506

Sondas:

Canal	Modelo
-------	--------

1	Temp. interna
---	---------------

2	Humedad interna
---	-----------------

Servicios requeridos:

Canal	Puntos de calibración
-------	-----------------------


1	(15 ; 25 ; 40) °C
---	--------------------

2	(15 % ; 75 %) %Hr
---	-------------------

Fecha de calibración: 16 de octubre de 2015

Cliente: NET CALIBRACIONES S.A.

Malabia 82 - Boulogne


Ing. Marcos Lanzavecchia
DIRECTOR TECNICO

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 48



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° : 23836

Página : 3

Instrumentos patrones usados	ID	Modelo	Número de serie	Certificado
Instrumento de referencia multifunción Sonda de precisión	TH1 %Hr	Testo 400 0636 9741	01863351/006 20123825/703	23132

Condiciones Ambientales:

Temperatura: (22 ± 1) °C Humedad relativa: (51 ± 2) %

Procedimientos de calibración:

Humedad (PEC-06): Comparación con instrumento patrón y sonda de precisión en
cámara generadora controlada.

Temperatura dentro de la cámara durante la calibración: 25 °C

Resultados de la calibración:

CANAL 1 - %Hr

Punto	Valor patrón %Hr	Valor medido %Hr	Corrección %Hr	Tolerancia %Hr	Incertidumbre %Hr	Patrón usado
1	16,5	18,0	-1,5	3,1	1,5	TH1 %Hr
2	75,4	73,5	1,9	3,1	2,0	TH1 %Hr

RESULTADOS DE LA CALIBRACION	
Según los valores de corrección determinados para el instrumento	Según los valores de incertidumbre de la Medición Corregida
Las correcciones obtenidas están dentro de la tolerancia especificada por el fabricante	Los valores de incertidumbre están dentro de la tolerancia especificada por el fabricante.

La incertidumbre de medición fue evaluada de acuerdo al procedimiento descrito en la norma IRAM 35050 Primera Edición 2001-06-15. La incertidumbre de medición expandida informada se calculó con un factor de cobertura de $K = 2$, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.