



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 61
CERTIFICADO DE CALIBRACION
N°: 36928393 - 161216



Numero total de paginas: 2



AKRIMET, División Metrología de AKRIBIS SRL
Bacacay 2180 1°B (C1406DKE)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 (11) 4633-9549/9550/9551/9552
info@akrimet.com / www.akrimet.com



Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos..

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos adecuados.

La siguiente calibración se realizó según el procedimiento de calibración DC.PO.001.

Fecha de emisión: 16 de diciembre de 2016

Marca: Testo
Modelo: 174H
Numero de serie: 36928393
Identificación: NET-TH-03
Rango: -40 a 70 °C / 0 a 100 %HR
Descripción: Data Logger de Temperatura y Humedad
Cliente: Net Calibraciones. Juramento 1475 Piso 4 Dpto. 1, CABA
N° de Solicitud: 1611234

Fecha de calibración: 30/11/2016 al 16/12/2016

Fecha de vencimiento *: 12/2018 *De acuerdo con los requisitos del cliente.

Condiciones ambientales:

Temperatura: 23 ± 5 °C

Humedad: <70 %HR

Patrones utilizados:

			N° Lote/ N° Serie	Preparado/ Calibrado	Vencimiento
ID	Marca	Modelo			
AK-022	Agilent	34970A	US37013263	06/2016	12/2016
AK-023	HP	34970A	US37019853	06/2016	12/2016
KCI	Anedra	No aplica	23516-2	10/2016	04/2017
MgCl2	Carlo Erba	No aplica	V4C616244C	10/2016	04/2017
NaBr	BioPack	No aplica	16512012	10/2016	04/2017

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

DC.BC.504



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 61
CERTIFICADO DE CALIBRACION
N°: 36928393 - 161216



Página 2

Resultados obtenidos:

Temperatura

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Lectura Patrón</u>	<u>Lectura Instrumento</u>	<u>Corrección ⁽²⁾</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento ⁽³⁾</u>	<u>Conformidad</u>
STI	-0.4 °C	-0.3 °C	-0.1 °C	0.4 °C	1.0 °C	Cumple
STI	10.0 °C	9.8 °C	0.2 °C	0.2 °C	1.0 °C	Cumple
STI	25.0 °C	25.1 °C	-0.1 °C	0.2 °C	1.0 °C	Cumple
STI	35.4 °C	35.3 °C	0.1 °C	0.2 °C	1.0 °C	Cumple
STI	59.7 °C	59.9 °C	-0.2 °C	0.3 °C	1.0 °C	Cumple

Humedad

<u>Tipo de Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección ⁽²⁾</u>	<u>Incertidumbre</u>	<u>Tolerancia Instrumento ⁽³⁾</u>	<u>Conformidad</u>
SHI	32.8 %HR	33.7 %HR	-0.9 %HR	1.3 %HR	5.0 %HR	Cumple
SHI	57.4 %HR	57.1 %HR	0.3 %HR	1.6 %HR	5.0 %HR	Cumple
SHI	84.2 %HR	82.7 %HR	1.5 %HR	2.1 %HR	5.0 %HR	Cumple

Nota 1: Tipo de sensor: STI corresponde a Sensor de Temperatura Interno, STE corresponde a Sensor de Temperatura Externo, SHI corresponde a Sensor de Humedad Interno, SHE corresponde a Sensor de Humedad Externo.

Nota 2: La corrección debe ser sumada al valor de lectura del instrumento.


Nota 3: La tolerancia del instrumento sometido a calibración es la definida por el usuario.

Nota 4: La incertidumbre de medición está expresada para un nivel de confianza de aproximadamente 95% (k=2) considerando una distribución normal. La incertidumbre no contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del elemento calibrado.


Nota 5: Las mediciones de humedad se realizaron a 25.1 °C.

Nota 6: La calibración de humedad se realizó dejando estabilizar el instrumento 48 hs como mínimo en cada valor de humedad.

Calibrado por:


Ing. Yein España

Autorizado por:


Lic. Claudio Taubaso
Director Técnico