

AZOE

StandardGas

REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO

A: NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA : 07/11/2023
NUMERO : 22101810ZR

CILINDRO NRO : 69827

VALVULA : CGA 180

TIPO DE MEZCLA : CERTIFICADA

DURACION: 24 MESES

PRESION DE LLENADO: 35 BAR

VOLUMEN : 58 lt

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
METANO AIRE	50% LEL	50% LEL BALANCE	+/- 5 % rel.

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

ANALISIS

INSTRUMENTO PRINCIPIO ANALITICO

FEJ-2100
CLEVER

BALANZA ELECTRONICA
BALANZA ELECTRONICA


LIC. DANIEL V. PEREZ