

REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO

A: NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA : 28/12/2023

NUMERO : 21092210P

CILINDRO NRO : 220344

VALVULA : CGA 180

TIPO DE MEZCLA : CERTIFICADA

DURACION: 24 MESES

PRESION DE LLENADO: 35 BAR

VOLUMEN: 58 LTS.

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
CO	100 ppm	110 ppm	+/- 2% rel.
N2		BALANCE	

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

ANALISIS

INSTRUMENTO	PRINCIPIO ANALITICO
-------------	---------------------

FEJ-2100
CLEVER

BALANZA ELECTRONICA
BALANZA ELECTRONICA


LIC. DANIEL V. PEREZ