

AZOE**StandardGas****REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO**A: NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA : 31/05/2023

NUMERO : 23053103

CILINDRO NRO : A 014 21

VALVULA : CGA 180

TIPO DE MEZCLA : CERTIFICADA

DURACION : 6 MESES

PRESION DE LLENADO : 35 BAR

VOLUMEN : 42 LTS.

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
H2S	25 ppm	25 ppm	+/- 10% rel en ppm.
CO	100 ppm	100 ppm	+/- 2% rel en ppm.
CH4	50% lel	50% lel	+/- 2% rel.
O2	18%	10%	+/- 2% rel.
N2		BALANCE	

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

ANALISIS

INSTRUMENTO	PRINCIPIO ANALITICO
-------------	---------------------

FEJ-2100
CLEVERBALANZA ELECTRONICA
BALANZA ELECTRONICA
LIC. DANIEL V. PEREZ