

AZOE

StandardGas

REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO

A: NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA : 19/12/2023
NUMERO : 23121903

CILINDRO NRO :
TIPO DE MEZCLA :
PRESION DE LLENADO:

A 014 21
CERTIFICADA
35 BAR

VALVULA :
DURACION:
VOLUMEN :

CGA 180
6 MESES
42 LTS.

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
H2S	25 ppm	28 ppm	+/- 10% rel en ppm.
CO	100 ppm	98 ppm	+/- 2% rel en ppm.
CH4	50% lel	50% lel	+/- 2% rel.
O2	18%	18%	+/- 2% rel.
N2		BALANCE	

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

ANALISIS

INSTRUMENTO PRINCIPIO ANALITICO

FEJ-2100
CLEVER

BALANZA ELECTRONICA
BALANZA ELECTRONICA


LIC. DANIEL V. PEREZ

AZOE, Dr. Springolo 722 - Villa Saenz Peña, (B1674ATN) - Tel./Fax: +54 11 4757 7368
E-mail: laboratorioazoe@gmail.com