

AZOE

StandardGas

REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO

A: NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA : 19/12/2023
NUMERO : 23121904

CILINDRO NRO :
TIPO DE MEZCLA : A 264 21
PRESION DE LLENADO: CERTIFICADA
35 BAR

VALVULA :
CGA 180
DURACION:
6 MESES
VOLUMEN :
42 LTS

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
H2S	25 ppm	26 ppm	+/- 10% rel en ppm
CO	100 ppm	99 ppm	+/- 2% rel en ppm
CH4	50% lel	50% lel	+/- 2% rel
O2	18%	18%	+/- 2% rel
N2		BALANCE	

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

ANALISIS

INSTRUMENTO PRINCIPIO ANALITICO

FEJ-2100
CLEVER

BALANZA ELECTRONICA
BALANZA ELECTRONICA


LIC. DANIEL V. PEREZ