

AZOE**StandardGas****REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO**A: NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA : 10/04/2023

NUMERO : 23041001

CILINDRO NRO : A 325 17

VALVULA : CGA 180

TIPO DE MEZCLA : CERTIFICADA

DURACION : 36 MESES

PRESION DE LLENADO: 35 BAR

VOLUMEN : 58 LTS.

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
NITROGENO 4,8	99,998%	99,998%	+/- 0,002 %
IMPUREZAS			
OXIGENO		< 3 ppm	
HUMEDAD		< 3 ppm	
CNHM+CO+CO2		< 3 ppm	

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
P21081001	159686	N2 99.999%	10/08/2023

ANALISIS

INSTRUMENTO	PRINCIPIO ANALITICO
-------------	---------------------

FEJ-2100
CLEVERBALANZA ELECTRONICA
BALANZA ELECTRONICA
LIC. DANIEL V. PEREZAZOE, Dr. Springolo 722 - Villa Saenz Peña, (B1674ATN) - Tel./Fax: +54 11 4757 7368
E-mail: laboratorioazoe@gmail.com