

AZOE

StandardGas

REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO

A: NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA : 07/11/2023
NUMERO : 23072810B

CILINDRO NRO : 51485 VALVULA :
TIPO DE MEZCLA : CERTIFICADA DURACION: CGA 180
PRESION DE LLENADO: 35 BAR VOLUMEN : 24 MESES
34 LTS.

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
NO2 AIRE	10 ppm	10 ppm BALANCE	+/- 1 ppm

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

ANALISIS

INSTRUMENTO PRINCIPIO ANALITICO

FEJ-2100 BALANZA ELECTRONICA
CLEVER BALANZA ELECTRONICA


LIC. DANIEL V. PEREZ