

Nº total de páginas del certificado: 2

Laboratorio de calibración/medición supervisado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial



Net Calibraciones S.A.
Av. Liniers 1856, Tigre, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: (011) 4749-0160
E-Mail: service@netcalibraciones.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Baño térmico tipo bloque seco

Fabricante: Presys

Modelo: T-25N

Número de Serie: No indica

ID del Usuario: NET-BT-03

Rango de Trabajo: (-25 a 125)°C

Minima División: 0,01 °C

Determinaciones Requeridas: Calibración en -15 °C, 0 °C; 50 °C; 100 °C y 120 °C

Fecha de calibración ó medición: 4/7/2024 al 4/7/2024

Fecha de emision del certificado: 08/07/2024

Lugar de calibración: Laboratorio de Net Calibraciones S.A.

Cliente: Net Calibraciones S.A.

Av. Liniers 1856

Tigre Provincia de Buenos Aires

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos ó instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado

Metodología Empleada: La calibración y/o caracterización se realizó según el procedimiento interno "NET-PT-11" correspondiente a su última revisión.

Condiciones de Medición: Para la caracterización y calibración se utilizó el inserto INCL. El equipo cuenta con una cantidad total de 1 pozo de diámetro 19 mm y una profundidad de 125 mm aproximadamente. Durante el ensayo el inserto de INCL se ubicó en el pozo de referencia determinado e identificado por el cliente como Ø19 mm.

Condiciones Ambientales durante la Calibración:

Temperatura: $(20,2 \pm 2) ^\circ\text{C}$ Humedad: $(48,15 \pm 10) \% \text{Hr}$

Resultados Obtenidos:

Temperatura de Referencia $^\circ\text{C}$	Corrección de Medición $^\circ\text{C}$	Incertidumbre Expandida $^\circ\text{C}$
-15,34	-0,34	0,18
-0,26	-0,26	0,18
50,08	0,08	0,18
100,18	0,18	0,18
120,18	0,17	0,18

De la caracterización del bloque se obtuvo una estabilidad máxima de $0,08 ^\circ\text{C}$, con una uniformidad axial máxima de $0,16 ^\circ\text{C}$ y una radial máxima de $0,00 ^\circ\text{C}$.

Temperatura de Referencia: Corresponde al valor medio del instrumento patrón para cada punto de calibración.

Corrección de Medición: Corresponde a la diferencia entre el valor de la temperatura de referencia y el valor medido por el instrumento a calibrar.

Observaciones: Al instrumento no se le efectuó ajuste previo a la calibración. La calibración se realizó a una profundidad de inmersión mínima de 85 mm y máxima de 120 mm.

La incertidumbre de medición expandida fue calculada multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

La incertidumbre expandida compone las fuentes del patrón utilizado, el controlador del baño y los datos obtenidos de la caracterización del bloque.

Patrones Empleados:

Descripción	Identificación	Nº de Certificado
Indicador de Temperatura	NET-TER-01	05-27938/24
Sensor de Temperatura	NET-PT-01	05-27938/24



Walter Gomez

Director Técnico

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos ó instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado