



Instituto
Nacional
de Tecnología
Industrial

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 9
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 04 - 28627/25
Página 1 de 2



Servicio
Argentino de
Calibración y
Medición



**SERVICIOS DE
INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL S.R.L.**

**LABORATORIO DE CALIBRACIÓN SUPERVISADO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL**
ELECTRICIDAD · TEMPERATURA Y HUMEDAD · TIEMPO Y FRECUENCIA

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite.

Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

OBJETO	Un indicador digital de tres canales de medición y una termorresistencia Pt100 a 4 hilos, para inmersión.	
FABRICANTE	Indicador:	TESTO
	Pt100:	TESTO
MODELO	Indicador:	735
	Pt100:	0614-0235
NÚMERO DE SERIE	Indicador:	02795857, identificado como "NET-TER-01"
	Pt100:	02813883, identificada "NET-Pt-01"
DETERMINACIONES REQUERIDAS	Calibración del conjunto, en la entrada T1, en valores solicitados por el cliente.	
FECHA DE CALIBRACIÓN	07 al 11 de abril de 2025	
FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO	14 de abril de 2025	
CLIENTE	NET CALIBRACIONES S. A. Av. Liniers 1856 – Tigre Pcia. de Buenos Aires	

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración o medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Habana 2986, Depto. 2
Código Postal C1419GPR
Ciudad A. de Buenos Aires
República Argentina

Teléfono 11 4572 2762
Celular 11 4428 9983
info@sicesrl.com.ar
www.sicesrl.com.ar



METODOLOGÍA EMPLEADA: Comparación con patrones. La calibración de los valores de temperatura de $[-25 \text{ y } -15]^\circ\text{C}$ se realizó en un baño termostatzado de etanol, la calibración del valor de temperatura de 0°C se realizó en un recipiente térmico donde se representó el punto crioscópico del agua, la calibración de los valores de temperatura de $[50 \text{ y } 150]^\circ\text{C}$, se realizó en un baño termostatzado de aceite de silicona y la calibración de los valores de temperatura restantes se realizó en un horno calibrador de eje horizontal, de acuerdo a las instrucciones del procedimiento interno PE31 Calibración de sensores de temperatura con indicador.

RESULTADOS:

Temperatura de referencia	Valor indicado	U (k=2)
($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)
-24,882	-24,957	0,043
-14,945	-15,002	0,041
0,000	-0,029	0,012
49,320	49,302	0,030
150,141	150,067	0,030
249,30	249,21	0,07
293,84	293,71	0,07

Temperatura de referencia: promedio de las mediciones realizadas con el instrumento patrón.
Valor indicado: promedio de las indicaciones del instrumento bajo calibración.

OBSERVACIONES:

Para el cálculo de la incertidumbre de medición U, se utilizó un factor de cobertura $k=2$, correspondiente a un nivel de confianza de aproximadamente 95 % considerando distribución normal. Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA	HRA	INSTRUMENTO
	$(23 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(45 \pm 10) \text{ \%HR}$	N° 187

SICE – Servicios de Instrumentación y Control S.R.L. ha desarrollado y opera, de acuerdo a los requisitos de la Norma IRAM-ISO 17025, un programa de calibración para sus referencias y patrones de medida vinculado a patrones nacionales e internacionales, que garantiza que las calibraciones y mediciones que efectúa son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

PATRONES DE REFERENCIA	INSTRUMENTO	IDENTIFICACIÓN	CERTIFICADO
	Referencia de tensión continua	FLUKE 7000 N° 163	INTI FyM 222-7890
	Resistor patrón	FLUKE 742A-1 N° 75	INTI FyM 222-5566 2ºp
	Resistor patrón	ESI SR104 N° 157	INTI FyM 222-5566 1ºp
	Termorresistencia	FLUKE N° 227	INTI FyM 222-7957
	Termorresistencia	FLUKE N° 235	NVLAP 109550

FERNANDO JORGE TRUCCO
DIRECTOR TÉCNICO

