



Laboratorio de calibración supervisado por el I.N.T.I.

Testo Argentina S.A.

Yerbal 5266 4° piso - C1407EBN - C.A.B.A. - Tel.: 4683-5050

e-mail: info@testo.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Registrador electrónico de temperatura y humedad

Fabricante: Testo

Modelo: Testo 174 H **I.D.:** NET-TH-01

Número de serie: 36928381/506

Sondas:	Canal	Modelo	Serie	id
	1		Sensor interno	
	2		Sensor interno	

Servicios requeridos:	Canal	Puntos de calibración
	1	(0 ; 10 ; 25 ; 35 ; 60) °C
	2	(33 % ; 57 % ; 84 %) %Hr

Fecha de calibración: 8 de febrero de 2021

Cliente: NET CALIBRACIONES S.A.

Av. Liniers 1856 - Tigre

Fecha de certificación: 8 de febrero de 2021

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



INTI

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N° 48



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° : 50254

Página : 2

Patrones usados	ID	Modelo	Número de serie	Certificado	Prox. Cal.
Indicador Sonda	T1	Testo 400 0628 0015	01931510/010 10300027/407	46160	12-2021
Indicador Sonda	TH9 °C	Testo 480 0636 9743	60321674/506 61910895/001	T131451	07-2021

Condiciones Ambientales:

Temperatura: (24 ± 1) °C Humedad relativa: (46 ± 6) %

Procedimientos de calibración:

Temperatura (PEC-05): Comparación con instrumento patrón y sonda de precisión en baño termostático o cámara generadora controlada.

Resultados de la calibración:

CANAL 1 - °C

Punto	Valor patron °C	Valor medido °C	Corrección °C	Incertidumbre °C	Patrón usado
1	0,12	0,1	0,0	0,1	T1
2	10,00	9,9	0,1	0,1	T1
3	25,1	25,0	0,1	0,4	TH9 °C
4	35,41	35,2	0,2	0,1	T1
5	59,58	59,6	0,0	0,1	T1

Declaración de conformidad:

Los valores de corrección informados se deben sumar algebraicamente a la medición del instrumento para obtener una mejor estimación del valor verdadero que se está midiendo.

Para decidir si el instrumento es apto para medir el proceso sugerimos usar la guía de declaración de conformidad ubicada en el siguiente link:

<https://www.testo.com.ar/metrologia/>

La incertidumbre de medición fue evaluada de acuerdo al procedimiento descrito en la norma IRAM 35050 Primera Edición 2001-06-15. La incertidumbre de medición expandida informada se calculó con un factor de cobertura de $k = 2$, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.


Ing. Marcos Lanzavecchia
DIRECTOR TÉCNICO

Para descargar los certificados de los patrones ingresar a: www.testo.com/es-AR/certpat

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Patrones usados	ID	Modelo	Número de serie	Certificado	Prox. Cal.
Indicador	TH9	Testo 480	60321674/506	F50347	07-2021
Sonda	%Hr	0636 9743	61910895/001		

Condiciones Ambientales:

Temperatura: (24 ± 1) °C Humedad relativa: (46 ± 6) %

Procedimientos de calibración:

Humedad (PEC-06): Comparación con instrumento patrón y sonda de precisión en cámara generadora controlada.

Temperatura dentro de la cámara durante la calibración: Antes del servicio: 25 °C
Después del servicio: 25 °C

Resultados de la calibración:

CANAL 1 - %Hr

ANTES DEL SERVICIO	Punto	Valor patrón %Hr	Valor medido %Hr	Corrección %Hr	Incertidumbre %Hr	Patrón usado
	1	33,2	34,6	-1,4	1,7	TH9 %Hr
2	56,9	56,0	0,9	1,9	TH9 %Hr	
3	83,3	80,2	3,1	2,6	TH9 %Hr	
DESPUES DEL SERVICIO	Punto	valor patron %Hr	valor medido %Hr	Correccion %Hr	incertidumbre %Hr	Patrón usado
	1	33,2	35,6	-2,4	1,7	TH9 %Hr
2	56,9	57,0	-0,1	1,9	TH9 %Hr	
3	83,3	81,2	2,1	2,6	TH9 %Hr	

Servicio técnico : Se ajustó la medición de humedad.

Declaración de conformidad:

Los valores de corrección informados se deben sumar algebraicamente a la medición del instrumento para obtener una mejor estimación del valor verdadero que se está midiendo.

Para decidir si el instrumento es apto para medir el proceso sugerimos usar la guía de declaración de conformidad ubicada en el siguiente link:

<https://www.testo.com.ar/metrologia/>

La incertidumbre de medición fue evaluada de acuerdo al procedimiento descrito en la norma IRAM 35050 Primera Edición 2001-06-15. La incertidumbre de medición expandida informada se calculó con un factor de cobertura de $k = 2$, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

Ing. Marcos Lanzavecchia
DIRECTOR TÉCNICO

Para descargar los certificados de los patrones ingresar a www.testo.com/es-AR/certpat

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.