

**AZOE**

# StandardGas

## REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO

A: NET CALIBRACIONES  
MALABIA 82  
SAN ISIDRO

FECHA : 12/04/2024  
NUMERO : 24041203

CILINDRO NRO : BC 441805  
TIPO DE MEZCLA : CERTIFICADA  
PRESION DE LLENADO: 35 BAR

VALVULA : CGA 180  
DURACION: 6 MESES  
VOLUMEN : 58 LTS.

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
H2S	25 ppm	25 ppm	+/- 10% rel. en ppm
CO	100 ppm	100 ppm	+/- 5% rel.
CH4	50% LEL	50% LEL	+/- 5% rel.
O2	18%	18%	+/- 5% rel.
N2		BALANCE	

### PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

### ANALISIS

INSTRUMENTO	PRINCIPIO ANALITICO
FEJ-2100 CLEVER	BALANZA ELECTRONICA BALANZA ELECTRONICA

  
LIC. DANIEL V. PEREZ