

AZOE

StandardGas

REPORTE ANALITICO - CERTIFICACION DE PRODUCTO

A NET CALIBRACIONES
MALABIA 82
SAN ISIDRO

FECHA 07/05/2024

NUMERO 22101810ZZG

CILINDRO NRO : BC 435002
TIPO DE MEZCLA : CERTIFICADA
PRESION DE LLENADO: 35 BAR

VALVULA : CGA 180
DURACION : 24 MESES
VOLUMEN : 58 LTS.

La presente mezcla guarda trazabilidad con los patrones de masa depositados en el I.N.T.I. según legislación vigente.

COMPONENTES	CONCENTRACION		ERROR
	SOLICITADA	OBTENIDA	
METANO	50% LEL	50% LEL	+/- 2% rel.
AIRE		BALANCE	

PATRONES DE REFERENCIA

TIPO Y N°	CILINDRO N°	CONCENTRACION	VENCIMIENTO
PESA	2757-P-0605	1 GR	
PESA	2767-P-0605	50 GR	

ANALISIS

INSTRUMENTO	PRINCIPIO ANALITICO
FEJ-2100 CLEVER	BALANZA ELECTRONICA BALANZA ELECTRONICA


LIC. DANIEL V. PEREZ